



**Ambu® REACH-Produktübersicht**

**Ambu REACH-Produktübersicht  
bezüglich der gelisteten SVHC-  
Substanzen und des Latexinhalts**

Nach Angaben der Europäischen Chemikalienverordnung (REACH) ist Ambu verpflichtet, über die Produkte, die SVHC-Substanzen (besonders besorgniserregende Substanzen) in Konzentrationen über 0,1 % (w/w) enthalten zu informieren.




Die Europäische Medizinprodukterichtlinie empfiehlt eine Kennzeichnung, wenn das Medizinprodukt folgende Bedingungen erfüllt:




- Es enthält klassifizierte Phthalate die klassifiziert werden
- und dafür bestimmt sind Arzneimittel, Körperflüssigkeiten oder andere Substanzen dem Körper zu- oder abzuführen oder die für den Transport und die Lagerung solcher Körperflüssigkeiten oder Substanzen bestimmt sind.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Ambu Medizinprodukte, hinsichtlich der von REACH regulierten SVHC-Substanzen in Konzentrationen über 0,1%.

Die Tabelle enthält auch Informationen darüber, welche Produkte mit Latex hergestellt werden.

- Alle betroffenen Produkte werden mit einem entsprechenden Symbol (rechte Seite) gekennzeichnet.

Produkt	Inhalt SVHC über 0,1% (w / w) und Beschreibung der Substanz	Naturkautschuk Latex	Symbol am Produktetikett
<b>Patientenmonitoring &amp; Diagnostik</b>			
Ambu® BlueSensor Elektroden	Nein	Nein	
Ambu® WhiteSensor Elektroden	Nein	Nein	
Ambu® Neuroline Elektroden	Nein	Nein	
Ambu® Neuroline Corkscrew	Nein	Nein	
Ambu® Neuroline Cup	Nein	Nein	
<b>Flexible Endoskope</b>			
Ambu® aScope™ 3	Nein	Nein	
Ambu® aScope™ 4 Broncho	Nein	Nein	
Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo	Nein	Nein	
Ambu® aView™	Nein	Nein	
Ambu® aView™ 2 Advance	Nein	Nein	
Ambu® aScope BronchoSampler™	Nein	Nein	
Ambu® aScope BronchoSampler™ SC	Nein	Nein	
<b>Atemwegsmanagement</b>			
King Vision™ aBlade Videolaryngoskop	Nein	Nein	
King Vision Videoausgangskabel	Nein	Nein	
VivaSight-DL	Nein	Nein	
VivaSight-SL	Nein	Nein	
VivaSight-EB	Nein	Nein	
<b>Anästhesie</b>			
Ambu® SPUR® II Einweg-Beatmungsbeutel	Nein	Nein	
Ambu® Mark IV	Nein	Nein	
Ambu® Mark IV Baby	Nein	Nein	
Ambu® Oval Plus Silikon-Beatmungsbeutel	Nein	Nein	
Ambu® Mark III	Nein	Nein	
Ambu® PEEP Ventile	Nein	Nein	
Ambu® Einweg-Manometer	Nein	Nein	

Produkt	Inhalt SVHC über 0,1% (w / w) und Beschreibung der Substanz	Naturkautschuk Latex	Symbol am Produktetikett
<b>Anästhesie</b>			
Ambu® Einweg-Gesichtsmaske/Plus	Nein	Nein	
Ambu® UltraSeal/Plus	Nein	Nein	
Ambu® King Mask	Nein	Nein	
Ambu® King Mask Aromamasken	Nein	Nein	
Ambu® Open-Cuff Silikon-Gesichtsmaske	Nein	Nein	
Ambu® Open-Cuff Einweg-Gesichtsmaske	Nein	Nein	
Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske	Nein	Nein	
Ambu® Transparente Gesichtsmaske	Nein	Nein	
Ambu® AuraOnce™	Nein	Nein	
Ambu® AuraStraight™	Nein	Nein	
Ambu® Aura-i™	Nein	Nein	
Ambu® AuraFlex™	Nein	Nein	
Ambu® Aura40™	Nein	Nein	
Ambu® AuraGain™	Nein	Nein	
Ambu® Cuffdruckmesser	Nein	Nein	
<b>Emergency Care</b>			
Ambu® TubeChek	Ja, DEHP (CASRN 117-81-7)	Nein	
Ambu® Endotrachealtubushalter	Nein	Nein	
Ambu® LifeKey®	Nein	Ja*	
Ambu® ResKey	Nein	Ja*	
Ambu® ResCue Taschenmaske	Nein	Nein	
Ambu® Res-Cue Pump™	Nein	Nein	
Ambu® Twin Pump™	Nein	Nein	
Ambu® Perfit ACE™	Nein	Nein	
Ambu® Mini Perfit ACE™	Nein	Nein	
Ambu® Perfit	Nein	Nein	
Ambu® Redi-ACE™	Nein	Nein	
Ambu® Redi-ACE™ Mini	Nein	Nein	
Ambu® Head Wedge	Nein	Nein	

\* latexhaltiges Stück kommt mit dem Patienten nicht in Kontakt

**Ambu A/S**

Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
[www.ambu.com](http://www.ambu.com)

**Ambu GmbH**

In der Hub 5  
61231 Bad Nauheim  
Tel. 06032 9250-0  
Fax 06032 9250-200  
[www.ambu.de](http://www.ambu.de)